

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	一次性使用圈套器		
注册人名称	常州乐奥医疗科技股份有限公司		
注册形式	☒ 拟上市注册申请	☐ 优先 ☐ 应急	
	☐ 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	☐ 产品名称变化 ☐ 型号、规格变化 ☐ 结构及组成变化 ☐ 适用范围变化 ☐ 产品技术要求变化 ☐ 注册证中“其他内容”变化 ☐ 其他变化	
	☐ 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	☐ 产品名称变化 ☐ 包装规格变化 ☐ 产品储存条件及有效期变化 ☐ 适用仪器变化 ☐ 阳性判断值或参考区间变化 ☐ 产品技术要求、说明书变化 ☐ 适用的样本类型变化 ☐ 适用人群变化 ☐ 临床适应症变化 ☐ 其他可能改变产品安全有效性的变化	
	☐ 延续注册申请		
结构特征	☐ 有源 ☒ 无源 ☐ 体外诊断试剂		
技术审查内容			
产品概述			
规格型号/包装规格	见规格/型号附件		
主要组成成分	一次性使用圈套器由手柄、转轮、外管、圈套、牵引绳、护套管组成。根据圈套形状、外管有效长度、圈套开幅、圈套丝径分为不同的型号规格。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。		
适用范围/预期用途	在内窥镜下使用，用于切除消化道内息肉。		
产品储存条件及有效期	/		
分类编码	02-15		
注册人住所	常州市新北区华山中路 23 号 10 号楼		
生产地址	常州市新北区华山中路 23 号 10 号楼		
同类产品该产品既往注册情况			
江苏唯德康医疗科技有限公司 一次性使用圈套器 苏械注准 20232021540			

有关产品安全性、有效性主要评价内容	
（一）原理：该产品在医疗机构中与内窥镜配合使用，通过适配钳道的内窥镜到达病变部位。通过圈套收紧的机械作用实现息肉的勒除。 （二）生物学评价：跟人体组织部位接触，符合生物学评价的要求。 （三）灭菌工艺：该产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌工艺经确认和验证，灭菌过程对产品性能不产生影响，灭菌后能达到无菌要求。 （四）临床评价：该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册的一次性使用圈套器进行同品种对比，申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、与人体接触部分的制造材料、性能要求、适用范围、使用方法、灭菌方式等方面基本等同，差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。 （五）体考情况：整改后通过核查。生产地址与注册资料一致，型号规格包含注册资料型号规格。 综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。	
企业提供的证据	
广东省医疗器械质量监督检验所，报告编号 WT23020201；江苏科标医学技术集团有限公司，报告编号 SSMT-R-2024-06674	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
已完成	
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料： ☒ 符合技术审评要求，建议准予注册。 ☐ 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 ☐ 同意企业申请，建议准予撤回。 ☐ 其他。	
体系核查内容	
检查依据	☒ 医疗器械注册质量管理体系核查指南 ☒ 医疗器械生产质量管理规范 ☒ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 ☐ 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 ☐ 其他（专项方案等）
检查结论	☐ 通过核查 ☐ 未通过核查，建议不予注册 ☒ 整改后通过核查 ☐ 整改后未通过核查，建议不予注册