

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	鼻窦球囊导管		
注册人名称	安骏生物医疗科技（苏州）有限公司		
注册形式	☒ 拟上市注册申请	☐ 优先 ☐ 应急	
	☐ 许可事项变更注册申请 （有源/无源）	☐ 产品名称变化 ☐ 型号、规格变化 ☐ 结构及组成变化 ☐ 适用范围变化 ☐ 产品技术要求变化 ☐ 注册证中“其他内容”变化 ☐ 其他变化	
	☐ 许可事项变更注册申请 （体外诊断试剂）	☐ 产品名称变化 ☐ 包装规格变化 ☐ 产品储存条件及有效期变化 ☐ 适用仪器变化 ☐ 阳性判断值或参考区间变化 ☐ 产品技术要求、说明书变化 ☐ 适用的样本类型变化 ☐ 适用人群变化 ☐ 临床适应症变化 ☐ 其他可能改变产品安全有效性的变化	
	☐ 延续注册申请		
结构特征	☐ 有源 ☒ 无源 ☐ 体外诊断试剂		
技术审查内容			
产品概述			
规格型号/包装规格	AJBD-0516-000、AJBD-0516-030、AJBD-0516-070、AJBD-0516-090、AJBD-0516-110、AJBD-0524-000、AJBD-0524-030、AJBD-0524-070、AJBD-0524-090、AJBD-0524-110、AJBD-0616-000、AJBD-0616-030、AJBD-0616-070、AJBD-0616-090、AJBD-0616-110、AJBD-0624-000、AJBD-0624-030、AJBD-0624-070、AJBD-0624-090、AJBD-0624-110、AJBD-0716-000、AJBD-0716-030、AJBD-0716-070、AJBD-0716-090、AJBD-0716-110、AJBD-0724-000、AJBD-0724-030、AJBD-0724-070、AJBD-0724-090、AJBD-0724-110		
主要组成成分	鼻窦球囊导管由鼻窦球囊导管、鼻窦导引导丝、鼻窦引导导管、鼻窦冲洗导管、鼻窦操作手柄五部分组成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。		
适用范围/预期用途	用于扩张狭窄的上颌窦窦口、额窦窦口和蝶窦窦口时一次性使用。		
产品储存条件及有效期	不适用		
分类编码	14-05		

注册人住所	江苏省苏州市太仓市浮桥镇银港路 52 号 11 号楼 201 室
生产地址	江苏省苏州市太仓市浮桥镇银港路 52 号 11 号楼 201 室
同类产品及该产品既往注册情况	
该产品拟上市注册，参考的同类产品注册证编号为沪械注准 20202140621。	
有关产品安全性、有效性主要评价内容	
（一）原理：通过鼻腔将导管插入到鼻窦中，通过球囊的充胀和收缩对鼻窦通道进行扩张，以使其达到通畅来清洁鼻窦，以改善鼻窦炎症和阻塞等症状。 （二）生物学评价：该产品与黏膜接触，符合生物学评价的要求。 （三）灭菌工艺：该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，灭菌工艺经确认和验证，灭菌过程对产品性能不产生影响，灭菌后能达到无菌要求。 （四）临床评价：该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册的鼻窦球囊导管进行同品种对比，申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、与人体接触部分的制造材料、性能要求、适用范围、使用方法、灭菌/消毒方式等方面基本等同，差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。 （五）体考情况：整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。 综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。	
企业提供的证据	
检验机构及报告编号：威科检测集团有限公司，报告编号 WT233024(更)、WT243585。	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
已完成	
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料： ☒ 符合技术审评要求，建议准予注册。 ☐ 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 ☐ 同意企业申请，建议准予撤回。 ☐ 其他。	
体系核查内容	
检查依据	☒ 医疗器械注册质量管理体系核查指南 ☒ 医疗器械生产质量管理规范 ☒ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 ☐ 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 ☐ 其他（专项方案等）
检查结论	☐ 通过核查 ☐ 未通过核查，建议不予注册 ☒ 整改后通过核查 ☐ 整改后未通过核查，建议不予注册