

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	一次性使用肠内营养输注管	
注册人名称	纽迪希亚制药（无锡）有限公司	
注册形式	<input checked="" type="checkbox"/> 拟上市注册申请	<input type="checkbox"/> 优先 <input type="checkbox"/> 应急
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 型号、规格变化 <input type="checkbox"/> 结构及组成变化 <input type="checkbox"/> 适用范围变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求变化 <input type="checkbox"/> 注册证中“其他内容”变化 <input type="checkbox"/> 其他变化
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 包装规格变化 <input type="checkbox"/> 产品储存条件及有效期变化 <input type="checkbox"/> 适用仪器变化 <input type="checkbox"/> 阳性判断值或参考区间变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求、说明书变化 <input type="checkbox"/> 适用的样本类型变化 <input type="checkbox"/> 适用人群变化 <input type="checkbox"/> 临床适应症变化 <input type="checkbox"/> 其他可能改变产品安全有效性的变化
	<input type="checkbox"/> 延续注册申请	
结构特征	<input type="checkbox"/> 有源 <input checked="" type="checkbox"/> 无源 <input type="checkbox"/> 体外诊断试剂	
技术审查内容		
产品概述		
规格型号/包装规格	G-PZ-T、G-PZ-T(I型)、F800-PZ-T、F800-PZ-T(I型)、INF-PZ-T、INF-PZ-T(I型)、INF-PZ-T(II型)、INF-PZ-T(III型)、G-PZ、F800-PZ、INF-PZ、INF-PZ(II型)、INF-PD、INF-PD(III型)、INF-DZ、INF-DZ(II型)	
主要组成成分	一次性使用肠内营养输注管由瓶装接头或十字连接接头，滴斗（可选），导管，Y型接头（含Y型接头锁紧帽），双头用Y型接头（可选），流量调节器（可选），流量释放夹（可选），泵链段组件（可选），胃肠道小孔径防误接接头，转接头（可选），保护盖，瓶子悬挂件（可选）组成，采用聚氯乙烯，硅橡胶，聚丙烯，共聚聚酯，聚乙烯，聚苯乙烯，丙烯腈-丁二烯-苯乙烯制成。聚氯乙烯中使用双-（异壬基）-环己胺-1,2-乙二酸（DINCH）或对苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHT）作为增塑剂，不含二乙基己基邻苯二甲酸酯（DEHP）。输注管按输注动力不同分为重力输注式和泵输注式两类，共十六个型号。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	
适用范围/预期用途	用于肠内营养输注。	

产品储存条件及有效期	不适用
分类编码	14-03
注册人住所	无锡市新吴区鑫明路 17 号
生产地址	无锡市新吴区鑫明路 17 号
同类产品及该产品既往注册情况	
1、该产品为拟上市注册。	
2、同类产品：纽迪希亚制药（无锡）有限公司，一次性使用肠内营养输注器，苏械注准 20172141338。	
有关产品安全性、有效性主要评价内容	
<p>（一）原理：通过与肠内营养液和肠内营养导管连接，用于正常进食功能丧失但仍有胃肠道功能的病人的肠内营养输注。</p> <p>（二）生物学评价：不与人体直接接触，符合生物学评价的要求。</p> <p>（三）灭菌工艺：该产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌工艺经确认和验证，灭菌过程对产品性能不产生影响，灭菌后能达到无菌要求。</p> <p>（四）临床评价：该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册的一次性使用肠内营养输注器进行同品种对比，申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、与人体接触部分的制造材料、性能要求、适用范围、使用方法、灭菌/消毒方式等方面基本等同，差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。</p> <p>（五）体考情况：整改后通过核查。生产地址与注册资料一致，审评中规范规格型号，型号与体系核查报告一致。</p> <p>综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。</p>	
企业提供的证据	
江苏省医疗器械检验所，报告编号： 2023QW3505、2023QW2075、2023QW2073、2024QW0448、2024QW0447、2024QW0449。	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
申请表、概述、产品描述、适用范围和禁忌证、产品技术要求、产品检验报告、化学和物理性能研究、其他研究资料、产品说明书已完成补正。	
<p>本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合技术审评要求，建议准予注册。</p> <p><input type="checkbox"/> 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。</p> <p><input type="checkbox"/> 同意企业申请，建议准予撤回。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他。</p>	
体系核查内容	
检查依据	<input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械注册质量管理体系核查指南 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 <input type="checkbox"/> 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件

	<input type="checkbox"/> 其他（专项方案等）
检查结论	<input type="checkbox"/> 通过核查 <input type="checkbox"/> 未通过核查，建议不予注册 <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过核查 <input type="checkbox"/> 整改后未通过核查，建议不予注册