

# 江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	胸腔镜持针钳		
注册人名称	山景（常州）医疗科技有限公司		
注册形式	<input checked="" type="checkbox"/> 拟上市注册申请	<input type="checkbox"/> 优先	
		<input type="checkbox"/> 应急	
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (有源/无源)		<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 型号、规格变化 <input type="checkbox"/> 结构及组成变化 <input type="checkbox"/> 适用范围变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求变化 <input type="checkbox"/> 注册证中“其他内容”变化 <input type="checkbox"/> 其他变化
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)		<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 包装规格变化 <input type="checkbox"/> 产品储存条件及有效期变化 <input type="checkbox"/> 适用仪器变化 <input type="checkbox"/> 阳性判断值或参考区间变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求、说明书变化 <input type="checkbox"/> 适用的样本类型变化 <input type="checkbox"/> 适用人群变化 <input type="checkbox"/> 临床适应症变化 <input type="checkbox"/> 其他可能改变产品安全有效性的变化
	<input type="checkbox"/> 延续注册申请		
结构特征	<input type="checkbox"/> 有源 <input checked="" type="checkbox"/> 无源 <input type="checkbox"/> 体外诊断试剂		
技术审查内容			
产品概述			
规格型号/包装规格	7061001001、7061003001、7061005001、7061101001、7061103001、7061105001、7062001002、7062003002、7062005002、7062101002、7062103002、7062105002、7062301002、7062303002、7062305002、7063001002、7063003002、7063005002、7063201002、7063203002、7063205002、7062001004、7062003004、7062005004、7062101004、7062103004、7062105004、7062301004、7062303004、7062305004、7063001004、7063003004、7063005004、7063201004、7063203004、7063205004、7062006004、7062106004、7063006004、7063206004、7062002004、7062102004、7063002004、7063202004、7062004004、7062104004、7063004004、7063204004		
主要组成成分	胸腔镜持针钳主要由钳头、钳杆和手柄组成。产品以非灭菌形式提供，可重复使用。		

适用范围/预期用途	手术中在胸腔镜下操作，用于夹持缝合针。
产品储存条件及有效期	/
分类编码	02-04
注册人住所	江苏武进经济开发区稻香路 23 号 1 号楼三层北区 307 室、308 室、309 室
生产地址	j 江苏省常州市天宁区郑陆镇工业集中区恒安路 8 号(委托生产)
同类产品及其既往注册情况	
山景（常州）医疗科技有限公司 腹腔镜持针钳 苏械注准 20222020349 贝朗医疗（苏州）有限公司 内窥镜持针钳 苏械注准 20222021533	
有关产品安全性、有效性主要评价内容	
<p>（一）原理：产品由钳头、钳杆和手柄组成。由医务人员（使用者）在手术中在胸腔镜下操作手柄，将所施加的力通过钳杆传递到钳头，控制钳头工作，用于夹持缝合针。</p> <p>（二）生物学评价：跟人体组织部位接触，符合生物学评价的要求。</p> <p>（三）灭菌工艺：该产品推荐采用压力蒸汽灭菌，灭菌工艺经确认和验证，灭菌过程对产品性能不产生影响，灭菌后能满足临床要求。</p> <p>（四）临床评价：该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册的腹腔镜持针钳和内窥镜持针钳进行同品种对比，申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、与人体接触部分的制造材料、性能要求、适用范围、使用方法、灭菌/消毒方式等方面基本等同，差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。</p> <p>（五）体考情况：整改后通过核查。规格型号与注册资料一致，生产地址包含注册资料中地址。</p> <p>综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。</p>	
企业提供的证据	
江苏省医疗器械检验所，报告编号 2023QW0890、2023QW0891、2023QW0892、2023QW0893、2023QW0894	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
申请表、符合性声明、产品技术要求、产品检验报告、生物学特性研究、稳定性研究、产品说明书已完成补正	
<p>本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合技术审评要求，建议准予注册。</p> <p><input type="checkbox"/> 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。</p> <p><input type="checkbox"/> 同意企业申请，建议准予撤回。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他。</p>	
体系核查内容	
检查依据	<input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械注册质量管理体系核查指南 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 <input type="checkbox"/> 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械

	<input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 <input type="checkbox"/> 其他（专项方案等）
检查结论	<input type="checkbox"/> 通过核查 <input type="checkbox"/> 未通过核查，建议不予注册 <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过核查 <input type="checkbox"/> 整改后未通过核查，建议不予注册