

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	定制式固定义齿	
注册人名称	苏州云睿瓷牙科技术有限公司	
注册形式	☒ 拟上市注册申请	☐ 优先 ☐ 应急
	☐ 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	☐ 产品名称变化 ☐ 型号、规格变化 ☐ 结构及组成变化 ☐ 适用范围变化 ☐ 产品技术要求变化 ☐ 注册证中“其他内容”变化 ☐ 其他变化
	☐ 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	☐ 产品名称变化 ☐ 包装规格变化 ☐ 产品储存条件及有效期变化 ☐ 适用仪器变化 ☐ 阳性判断值或参考区间变化 ☐ 产品技术要求、说明书变化 ☐ 适用的样本类型变化 ☐ 适用人群变化 ☐ 临床适应症变化 ☐ 其他可能改变产品安全有效性的变化
	☐ 延续注册申请	
结构特征	☐ 有源 ☒ 无源 ☐ 体外诊断试剂	
技术审查内容		
产品概述		
规格型号/包装规格	氧化锆切削冠/桥、氧化锆烤瓷冠/桥、全瓷切削冠、全瓷切削嵌体、全瓷切削贴面、全瓷烤瓷冠	
主要组成成分	定制式固定义齿分为氧化锆切削冠/桥、氧化锆烤瓷冠/桥、全瓷切削冠、全瓷切削嵌体、全瓷切削贴面、全瓷烤瓷冠。氧化锆切削冠/桥由氧化锆瓷块通过切削工艺加工而成；氧化锆烤瓷冠/桥由氧化锆瓷块通过切削工艺制作内冠外加烤瓷粉加工而成；全瓷切削冠、全瓷切削嵌体、全瓷切削贴面由牙科全瓷瓷块通过切削工艺加工而成；全瓷烤瓷冠由牙科全瓷瓷块通过切削工艺制作内冠外加牙科全瓷瓷粉加工而成。该产品以非无菌状态提供。	
适用范围/预期用途	用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。不包括定制式基台。	
产品储存条件及有效期	/	
分类编码	17-06	
注册人住所	常熟市常福街道建业路2号7B4层	

生产地址	常熟市常福街道建业路 2 号 7B4 层
同类产品及该产品既往注册情况	
该产品为拟上市注册，同类产品：广州市健的义齿制作有限公司，粤械注准 20192170958，定制式固定义齿。	
有关产品安全性、有效性主要评价内容	
（一）原理：定制式固定义齿是由临床机构设计、义齿加工生产企业生产的医疗器械产品，用于牙列缺损或牙体缺损的固定修复。 （二）生物学评价：产品原材料为有注册证医疗器械，符合生物学评价的要求。 （三）灭菌工艺： 1、产品以非无菌状态提供。 2、该产品推荐采用 75%医用酒精擦拭消毒，消毒工艺经确认和验证，消毒过程对产品性能不产生影响，消毒后能满足临床要求。 （四）临床评价：该产品依照《医疗器械临床评价技术指导原则》，与同品种器械定制式保持器在适用范围、技术特征、生物学特性等方面相似或一致。通过搜集同类产品的临床数据，证明该类产品在临床使用中的安全有效。 （五）体考情况：通过核查/整改后通过核查。生产地址等产品信息与注册资料一致。规格型号以审评报告为准。 综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。	
企业提供的证据	
检验机构名称：金标检测（广东）有限公司，报告编号： GW240129027、GW240129028、GW240129029、GW240129030、GW240129031、GW240129032、GW240129033、GW240129034、GW240129035、GW240129036、GW240604001、GW240604002、GW240604003，结论合格。	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
申请表、概述、产品描述、适用范围和禁忌证、申报产品上市历史、产品风险管理资料、医疗器械安全性和性能基本原则清单、产品技术要求、产品检验报告、化学和物理性能研究、生物学特性研究、生物源材料的安全性研究、清洁、消毒、灭菌研究、证明产品安全性、有效性的其他研究资料、非临床文献、稳定性研究、临床评价资料要求、产品说明书、标签样稿已完成补正。	
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料： ☒ 符合技术审评要求，建议准予注册。 ☐ 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 ☐ 同意企业申请，建议准予撤回。 ☐ 其他。	
体系核查内容	
检查依据	☒ 医疗器械注册质量管理体系核查指南 ☒ 医疗器械生产质量管理规范 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 ☒ 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 ☐ 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件

	☐ 其他（专项方案等）
检查结论	☐ 通过核查 ☐ 未通过核查，建议不予注册 ☒ 整改后通过核查 ☐ 整改后未通过核查，建议不予注册