

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	一氧化氮检测器	
注册人名称	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	
注册形式	☒ 拟上市注册申请	☐ 优先 ☐ 应急
	☐ 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	☐ 产品名称变化 ☐ 型号、规格变化 ☐ 结构及组成变化 ☐ 适用范围变化 ☐ 产品技术要求变化 ☐ 注册证中“其他内容”变化 ☐ 其他变化
	☐ 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	☐ 产品名称变化 ☐ 包装规格变化 ☐ 产品储存条件及有效期变化 ☐ 适用仪器变化 ☐ 阳性判断值或参考区间变化 ☐ 产品技术要求、说明书变化 ☐ 适用的样本类型变化 ☐ 适用人群变化 ☐ 临床适应症变化 ☐ 其他可能改变产品安全有效性的变化
	☐ 延续注册申请	
结构特征	☒ 有源 ☐ 无源 ☐ 体外诊断试剂	
技术审查内容		
产品概述		
规格型号/包装规格	YS-AA100、YS-AA200、YS-AA300、YS-AA500、YS-AA1000	
主要组成成分	一氧化氮检测器由外壳、电路主板、一氧化氮传感器组成。	
适用范围/预期用途	本产品需配合本公司生产的一氧化氮呼气分析仪使用，用于检测人体呼出气体中的一氧化氮浓度。	
产品储存条件及有效期	不适用	
分类编码	07-02	
注册人住所	江苏省丹阳市开发区百胜路1号	
生产地址	丹阳市开发区百胜路1号6号楼、19号楼	
同类产品该产品既往注册情况		
1. 该产品为拟上市注册。 2. 无锡市尚沃医疗电子股份有限公司生产的一氧化氮检测器（注册证编号：苏械注准 20172070916）； 浙江亿联康医疗科技有限公司的一氧化氮检测器（注册证编号：浙械注准 20222070131）。		

有关产品安全性、有效性主要评价内容	
（一）工作原理：该产品含有一氧化氮传感器，当通入气体时能够检测出其中一氧化氮气体的浓度，并将浓度数据传输至一氧化氮呼气分析仪。 （二）材料：不适用。 （三）电气安全：符合 GB 9706.1-2020 标准的要求。 （四）电磁兼容：符合 YY9706.102-2021 相关要求。 （五）临床评价：临床评价：该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册产品进行同品种对比，申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、性能要求、适用范围、使用方法等方面基本等同，差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。 （六）体考情况：整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。 综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。	
企业提供的证据	
检验机构及报告编号：检验机构：湖北省医疗器械质量监督检验研究院；报告编号：20231459T、20231459G、20231459E。	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
申请表、概述、产品描述、适用范围和禁忌证、其他需说明的内容、产品技术要求、产品检验报告、化学和物理性能研究、软件研究、稳定性研究、临床评价资料要求、产品说明书、标签样稿已完成补正。	
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料：	
☒ 符合技术审评要求，建议准予注册。 ☐ 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 ☐ 同意企业申请，建议准予撤回。 ☐ 其他。	
体系核查内容	
检查依据	☒ 医疗器械注册质量管理体系核查指南 ☒ 医疗器械生产质量管理规范 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 ☐ 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 ☐ 其他（专项方案等）
检查结论	☐ 通过核查 ☐ 未通过核查，建议不予注册 ☒ 整改后通过核查 ☐ 整改后未通过核查，建议不予注册