

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	医用诊断旋转阳极 X 射线管组件		
注册人名称	微睿科技（苏州）有限公司		
注册形式	<input checked="" type="checkbox"/> 拟上市注册申请	<input type="checkbox"/> 优先 <input type="checkbox"/> 应急	
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 型号、规格变化 <input type="checkbox"/> 结构及组成变化 <input type="checkbox"/> 适用范围变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求变化 <input type="checkbox"/> 注册证中“其他内容”变化 <input type="checkbox"/> 其他变化	
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 包装规格变化 <input type="checkbox"/> 产品储存条件及有效期变化 <input type="checkbox"/> 适用仪器变化 <input type="checkbox"/> 阳性判断值或参考区间变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求、说明书变化 <input type="checkbox"/> 适用的样本类型变化 <input type="checkbox"/> 适用人群变化 <input type="checkbox"/> 临床适应症变化 <input type="checkbox"/> 其他可能改变产品安全有效性的变化	
	<input type="checkbox"/> 延续注册申请		
结构特征	<input checked="" type="checkbox"/> 有源 <input type="checkbox"/> 无源 <input type="checkbox"/> 体外诊断试剂		
技术审查内容			
产品概述			
规格型号/包装规格	MXR180-P, MXR180-S		
主要组成成分	医用诊断旋转阳极 X 射线管组件 X 射线管、管套、定子、高压插座和绝缘油组成，其中 X 射线管由阴极、旋转阳极、转子系统、真空外壳和 X 射线窗组成。		
适用范围/预期用途	供兼容的数字 X 射线摄影设备配套使用，用于产生 X 射线。		
产品储存条件及有效期	不适用		
分类编码	06-03		
注册人住所	江苏省苏州市相城区渭塘镇爱格豪路 42 号房屋三号厂房二层 203 室		
生产地址	江苏省苏州市相城区渭塘镇爱格豪路 42 号房屋三号厂房二层 203 室		
同类产品该产品既往注册情况			
1、该产品为拟上市注册。 2、西门子爱克斯射线真空技术（无锡）有限公司生产的医用诊断旋转阳极 X 射线管组件（注册证编号：			

苏械注准 20172062328) ; 昆山医源医疗技术有限公司生产的医用诊断旋转阳极 X 射线管组件 (注册证编号: 苏械注准 20232060798) ;	
有关产品安全性、有效性主要评价内容	
<p>(一) 工作原理: X 射线管组件是利用真空 X 射线管中高速电子撞击金属靶盘产生 X 射线的电子器件。当 X 射线管组件装入 X 射线影像设备整机中时, 由 X 射线诊断设备整机供给 X 射线管灯丝电压和阴阳极高压。X 射线管灯丝周围产生热电子云, 在阴阳极高电压的作用下, 热电子云中电子高速飞向阳极, 击中阳极靶盘, 高速运动的电子与靶盘材料的原子发生相互作用, 其动能的一小部分能量转化为辐射能, 以 X 射线的形式释放出, 从而对患者被检部位进行曝光, 并依靠 X 射线诊断设备整机对获得图像进行传输, 存储和分析。</p> <p>(二) 材料: 申报产品预期不与患者直接或间接接触。</p> <p>(三) 电气安全: 符合 GB9706.1-2020、GB9706.103-2020、GB9706.228-2020 的要求。</p> <p>(四) 临床评价: 该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》, 属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册的医用诊断旋转阳极 X 射线管组件进行同品种对比, 申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、性能要求、适用范围、使用方法等方面基本等同, 差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。</p> <p>(五) 体考情况: 整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。</p> <p>综上所述, 该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。</p>	
企业提供的证据	
检验机构及报告编号: 检验机构名称: 辽宁省医疗器械检验检测院, 报告编号: 辽检(医械)字(2024)第 2099 号; 辽检(医械)字(2024)第 2020 号	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
产品列表、符合性声明、产品描述、产品技术要求、产品检验报告、化学和物理性能研究、清洁、消毒、灭菌研究、证明产品安全性、有效性的其他研究资料、稳定性研究、临床评价资料要求、产品说明书已完成补正。	
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查, 产品注册申报资料:	
<input checked="" type="checkbox"/> 符合技术审评要求, 建议准予注册。 <input type="checkbox"/> 申请资料不符合技术审评要求, 建议不予行政许可。 <input type="checkbox"/> 同意企业申请, 建议准予撤回。 <input type="checkbox"/> 其他。	
体系核查内容	
检查依据	<input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械注册质量管理体系核查指南 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 <input type="checkbox"/> 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 <input type="checkbox"/> 其他(专项方案等)

检查结论	<input type="checkbox"/> 通过核查 <input type="checkbox"/> 未通过核查，建议不予注册 <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过核查 <input type="checkbox"/> 整改后未通过核查，建议不予注册
------	---