

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	一次性使用无菌冲洗器	
注册人名称	江苏伟卡艾德医疗器械有限公司	
注册形式	☒ 拟上市注册申请	☐ 优先 ☐ 应急
	☐ 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	☐ 产品名称变化 ☐ 型号、规格变化 ☐ 结构及组成变化 ☐ 适用范围变化 ☐ 产品技术要求变化 ☐ 注册证中“其他内容”变化 ☐ 其他变化
	☐ 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	☐ 产品名称变化 ☐ 包装规格变化 ☐ 产品储存条件及有效期变化 ☐ 适用仪器变化 ☐ 阳性判断值或参考区间变化 ☐ 产品技术要求、说明书变化 ☐ 适用的样本类型变化 ☐ 适用人群变化 ☐ 临床适应症变化 ☐ 其他可能改变产品安全有效性的变化
	☐ 延续注册申请	
结构特征	☐ 有源 ☒ 无源 ☐ 体外诊断试剂	
技术审查内容		
产品概述		
规格型号/包装规格	断续流型	
主要组成成分	一次性使用无菌冲洗器由负压推注器、止回阀、冲洗管路、旁路管路、流量调节器、滴斗、插瓶针、插瓶针护帽组成，其中负压推注器由筒体、推杆、活塞柱、活塞构成，止回阀由止回阀体、阀盖、硅胶垫构成，冲洗管路由管路、直三通和公螺旋接头构成，旁路管路由管路和直三通构成。产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	
适用范围/预期用途	配合胸腹腔内窥镜使用，对手术创面或组织进行冲洗，以达到术野清晰的目的。	
产品储存条件及有效期	不适用	
分类编码	02-14	
注册人住所	南京市高淳区经济开发区凤山路 1-1 号医疗器械产业园 9 号楼一楼	
生产地址	南京市高淳区经济开发区凤山路 1-1 号医疗器械产业园 9 号楼一楼（101 室除外）	

同类产品及该产品既往注册情况	
同类产品：顶一医疗科技（昆山）有限公司，一次性冲洗导管（苏械注准 20162020016）。	
有关产品安全性、有效性主要评价内容	
（一）原理：该产品使用时一端与冲洗液连接，另一端与内窥镜冲洗腔道连接，手术中通过交替按压两侧的负压推注器，将冲洗液经由管路从内窥镜冲洗腔道排出，以冲洗手术创面或组织，达到术野清晰的目的。 （二）生物学评价：该产品与组织间接接触，符合生物学评价的要求。 （三）灭菌工艺：该产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌工艺经确认和验证，灭菌过程对产品性能不产生影响，灭菌后能达到无菌要求。 （四）临床评价：该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册的一次性冲洗导管进行同品种对比，申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、与人体接触部分的制造材料、性能要求、适用范围、使用方法、灭菌/消毒方式等方面基本等同，差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。 （五）体考情况：整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。 综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。	
企业提供的证据	
检验机构及报告编号：安徽省食品药品检验研究院，报告编号 AH2024-QSJ-00511。	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书。	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
申请表、综述资料、产品技术要求、非临床研究资料、免临床对比说明、产品说明书和标签样稿等已完成补正。 本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料： ☒ 符合技术审评要求，建议准予注册。 ☐ 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 ☐ 同意企业申请，建议准予撤回。 ☐ 其他。	
体系核查内容	
检查依据	☒ 医疗器械注册质量管理体系核查指南 ☒ 医疗器械生产质量管理规范 ☒ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 ☐ 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 ☐ 其他（专项方案等）
检查结论	☐ 通过核查 ☐ 未通过核查，建议不予注册 ☒ 整改后通过核查 ☐ 整改后未通过核查，建议不予注册