

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	雷火灸具		
注册人名称	南京华骊医疗科技有限公司		
注册形式	☒ 拟上市注册申请	☐ 优先 ☐ 应急	
	☐ 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	☐ 产品名称变化 ☐ 型号、规格变化 ☐ 结构及组成变化 ☐ 适用范围变化 ☐ 产品技术要求变化 ☐ 注册证中“其他内容”变化 ☐ 其他变化	
	☐ 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	☐ 产品名称变化 ☐ 包装规格变化 ☐ 产品储存条件及有效期变化 ☐ 适用仪器变化 ☐ 阳性判断值或参考区间变化 ☐ 产品技术要求、说明书变化 ☐ 适用的样本类型变化 ☐ 适用人群变化 ☐ 临床适应症变化 ☐ 其他可能改变产品安全有效性的变化	
	☐ 延续注册申请		
结构特征	☐ 有源 ☒ 无源 ☐ 体外诊断试剂		
技术审查内容			
产品概述			
规格型号/包装规格	HLL-A1、HLL-A2、HLL-B1、HLL-B2、HLL-B3、HLL-C1、HLL-C2		
主要组成成分	雷火灸具由灸筒、灸材、固定胶带组成。固定胶带由无纺布、热熔压敏胶、硅油纸组成。产品以非无菌状态提供。灸筒可以重复使用 10 次，灸材一次性使用。		
适用范围/预期用途	适用于雷火灸疗法中，通过灸材燃烧对人体产生温热作用施灸于人体穴位。		
产品储存条件及有效期	/		
分类编码	20-03		
注册人住所	南京市高淳区经济开发区双高路 168 号 14 幢第一层厂房		
生产地址	南京市高淳区经济开发区双高路 168 号 14 幢第一层厂房		
同类产品该产品既往注册情况			
1、该产品为拟上市注册。			
2、雷火灸，苏械注准 20222200717，江苏艾泽生物科技有限公司			

有关产品安全性、有效性主要评价内容	
（一）原理：根据中医传统艾灸理论和原理，利用灸材燃烧时产生的热能作用于人体的穴位或部位，达到预防和治疗疾病的目的。 （二）生物学评价：产品与人体表面皮肤接触，符合生物学评价的要求。 （三）灭菌工艺： 1、该产品以非无菌状态提供。 2、该产品使用前无需灭菌处理。 （四）临床评价：该产品依照《医疗器械临床评价技术指导原则》，与同品种器械在适用范围、技术特征、生物学特性等方面相似或一致。通过搜集同类产品的临床数据，证明该类产品在临床使用中的安全有效。 （五）体考情况：通过核查/整改后通过核查。注册人住所等产品信息与注册资料一致。生产地址、规格型号以审评报告为准。 综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。	
企业提供的证据	
检验机构名称：威科检测集团有限公司，报告编号：WT233061、WT243899，江苏省医疗器械检验所，报告编号：2025QW0897，结论合格。	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
申请表、概述、产品描述、适用范围和禁忌证、申报产品上市历史、产品风险管理资料、医疗器械安全性和性能基本原则清单、产品技术要求、产品检验报告、化学和物理性能研究、生物学特性研究、生物源材料的安全性研究、清洁、消毒、灭菌研究、证明产品安全性、有效性的其他研究资料、非临床文献、稳定性研究、临床评价资料要求、产品说明书、标签样稿已完成补正。	
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料： ☒ 符合技术审评要求，建议准予注册。 ☐ 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 ☐ 同意企业申请，建议准予撤回。 ☐ 其他。	
体系核查内容	
检查依据	☒ 医疗器械注册质量管理体系核查指南 ☒ 医疗器械生产质量管理规范 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 ☐ 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 ☐ 其他（专项方案等）
检查结论	☐ 通过核查 ☐ 未通过核查，建议不予注册 ☒ 整改后通过核查 ☐ 整改后未通过核查，建议不予注册