

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	医用疤痕修复凝胶		
注册人名称	南京鲸力医药科技有限公司		
注册形式	<input checked="" type="checkbox"/> 拟上市注册申请	<input type="checkbox"/> 优先	
		<input type="checkbox"/> 应急	
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (有源/无源)		<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 型号、规格变化 <input type="checkbox"/> 结构及组成变化 <input type="checkbox"/> 适用范围变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求变化 <input type="checkbox"/> 注册证中“其他内容”变化 <input type="checkbox"/> 其他变化
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)		<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 包装规格变化 <input type="checkbox"/> 产品储存条件及有效期变化 <input type="checkbox"/> 适用仪器变化 <input type="checkbox"/> 阳性判断值或参考区间变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求、说明书变化 <input type="checkbox"/> 适用的样本类型变化 <input type="checkbox"/> 适用人群变化 <input type="checkbox"/> 临床适应症变化 <input type="checkbox"/> 其他可能改变产品安全有效性的变化
	<input type="checkbox"/> 延续注册申请		
结构特征	<input type="checkbox"/> 有源 <input checked="" type="checkbox"/> 无源 <input type="checkbox"/> 体外诊断试剂		
技术审查内容			
产品概述			
规格型号/包装规格	医用疤痕修复凝胶型号/规格, JLYY-G-5: 5g/支、JLYY-G-7: 7g/支、JLYY-G-10: 10g/支、JLYY-G-15: 15g/支、JLYY-G-20: 20g/支、JLYY-G-30: 30g/支、JLYY-G-50: 50g/支、JLYY-G-60: 60g/支。		
主要组成成分	医用疤痕修复凝胶由凝胶和药用聚乙烯塑料软管组成, 凝胶由二甲硅油、卡波姆均聚物、丙二醇、聚山梨酯 80、菠萝味矫味剂、三乙醇胺和纯化水组成。该产品以非无菌状态提供。		
适用范围/预期用途	用于辅助改善皮肤病理性疤痕, 辅助预防皮肤病理性疤痕的形成, 不用于未愈合的伤口。		
产品储存条件及有效期	不适用。		
分类编码	14-12		
注册人住所	南京市江北新区新科三路 18 号		
生产地址	江苏省南京市江北新区新科三路 18 号凝胶车间生产区及公用系统配套区 (B101 室)、凝胶车间质检区 (A101 室)、凝胶车间仓储区 (G02 室)		

同类产品及其既往注册情况	
该产品为拟上市注册，参考的同类产品注册证编号为苏械注准 20232140751.	
有关产品安全性、有效性主要评价内容	
<p>(一) 原理：医用疤痕凝胶涂覆在疤痕表面形成透气不透水的透明膜，起软化疤痕的作用，用于辅助改善皮肤病理性疤痕，辅助预防皮肤病理性疤痕的形成。</p> <p>(二) 生物学评价：该产品与皮肤接触，符合生物学评价的要求。</p> <p>(三) 灭菌工艺：该产品以非无菌状态提供。</p> <p>(四) 临床评价：该产品依照《医疗器械临床评价技术指导原则》，与同品种器械疤痕凝胶在适用范围、技术特征、生物学特性等方面相似。通过搜集同类产品的临床数据，证明该类产品在临床使用中的安全有效。</p> <p>(五) 体考情况：整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。</p> <p>综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。</p>	
企业提供的证据	
检验机构及报告编号：谱尼测试集团股份有限公司，报告编号 GRLR9ILA1825927L5b	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
已完成	
<p>本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 符合技术审评要求，建议准予注册。</p> <p><input type="checkbox"/> 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。</p> <p><input type="checkbox"/> 同意企业申请，建议准予撤回。</p> <p><input type="checkbox"/> 其他。</p>	
体系核查内容	
检查依据	<input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械注册质量管理体系核查指南 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 <input checked="" type="checkbox"/> 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 <input type="checkbox"/> 其他（专项方案等）
检查结论	<input type="checkbox"/> 通过核查 <input type="checkbox"/> 未通过核查，建议不予注册 <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过核查 <input type="checkbox"/> 整改后未通过核查，建议不予注册