

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	一次性使用套扎吻合器	
注册人名称	康晴（江苏）医疗科技有限公司	
注册形式	☒ 拟上市注册申请	☐ 优先 ☐ 应急
	☐ 许可事项变更注册申请 （有源/无源）	☐ 产品名称变化 ☐ 型号、规格变化 ☐ 结构及组成变化 ☐ 适用范围变化 ☐ 产品技术要求变化 ☐ 注册证中“其他内容”变化 ☐ 其他变化
	☐ 许可事项变更注册申请 （体外诊断试剂）	☐ 产品名称变化 ☐ 包装规格变化 ☐ 产品储存条件及有效期变化 ☐ 适用仪器变化 ☐ 阳性判断值或参考区间变化 ☐ 产品技术要求、说明书变化 ☐ 适用的样本类型变化 ☐ 适用人群变化 ☐ 临床适应症变化 ☐ 其他可能改变产品安全有效性的变化
	☐ 延续注册申请	
结构特征	☐ 有源 ☒ 无源 ☐ 体外诊断试剂	
技术审查内容		
产品概述		
规格型号/包装规格	CK-14/3A、CK-14/4A、CK-14/5A、CK-14/6A、CK-14/7A、CK-14/8A、CK-14/3B、CK-14/4B、CK-14/5B、CK-14/6B、CK-14/7B、CK-14/8B、CK-14/3C、CK-14/4C、CK-14/5C、CK-14/6C、CK-14/7C、CK-14/8C	
主要组成成分	一次性使用套扎吻合器包括套扎器和附件，套扎器可外接负压，由弹力线圈、吸气管、外套管、负压开关、触发拉线、手柄、气管接头、击发扳机组成，附件由扩张器和导入器。该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌，一次性使用。	
适用范围/预期用途	适用于成年患者内痔及混合痔或直肠良性息肉的套扎治疗。	
产品储存条件及有效期	/	
分类编码	02-15	
注册人住所	常州市武进区湖塘科技产业园工业坊标准厂房	
生产地址	常州市武进区湖塘科技产业园工业坊标准厂房 A2 栋第三层	
同类产品该产品既往注册情况		

1、该产品为拟上市注册	
2、常州贺利氏微创医疗器械有限公司的多环痔疮套扎器套装，苏械注准 20162020366	
有关产品安全性、有效性主要评价内容	
（一）原理：本产品外接负压，打开负压开关，需套扎组织吸入吸气管。通过扣动击发扳机，收线盘收紧触发拉线，使弹力线圈从吸气管上滑脱，套扎到痔(或直肠良性息肉)的黏膜基底部，利用弹力线圈的弹性阻断痔的血运，痔会发生缺血、坏死、脱落而愈合。 （二）生物学评价：跟人体黏膜部位接触，符合生物学评价的要求。 （三）灭菌工艺：该产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌工艺经确认和验证，灭菌过程对产品性能不产生影响，灭菌后能达到无菌要求。 （四）临床评价：该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册的多环痔疮套扎器套装进行同品种对比，申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、与人体接触部分的制造材料、性能要求、适用范围、使用方法、灭菌/消毒方式等方面基本等同，差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。 （五）体考情况：整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。 综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。	
企业提供的证据	
安徽省食品药品检验研究院，报告编号 AH2023-QSJ-00591、AH2024-QSJ-00345	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
已完成	
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料： ☒ 符合技术审评要求，建议准予注册。 ☐ 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 ☐ 同意企业申请，建议准予撤回。 ☐ 其他。	
体系核查内容	
检查依据	☒ 医疗器械注册质量管理体系核查指南 ☒ 医疗器械生产质量管理规范 ☒ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 ☐ 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 ☐ 其他（专项方案等）
检查结论	☐ 通过核查 ☐ 未通过核查，建议不予注册 ☒ 整改后通过核查 ☐ 整改后未通过核查，建议不予注册