

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	一次性使用无菌宫颈采样器	
注册人名称	江苏一米生物科技有限公司	
注册形式	<input checked="" type="checkbox"/> 拟上市注册申请	<input type="checkbox"/> 优先 <input type="checkbox"/> 应急
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 型号、规格变化 <input type="checkbox"/> 结构及组成变化 <input type="checkbox"/> 适用范围变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求变化 <input type="checkbox"/> 注册证中“其他内容”变化 <input type="checkbox"/> 其他变化
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 包装规格变化 <input type="checkbox"/> 产品储存条件及有效期变化 <input type="checkbox"/> 适用仪器变化 <input type="checkbox"/> 阳性判断值或参考区间变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求、说明书变化 <input type="checkbox"/> 适用的样本类型变化 <input type="checkbox"/> 适用人群变化 <input type="checkbox"/> 临床适应症变化 <input type="checkbox"/> 其他可能改变产品安全有效性的变化
	<input type="checkbox"/> 延续注册申请	
结构特征	<input type="checkbox"/> 有源 <input checked="" type="checkbox"/> 无源 <input type="checkbox"/> 体外诊断试剂	
技术审查内容		
产品概述		
规格型号/包装规格	A1、A2、A3、A4； B1、B2、B3、B4	
主要组成成分	A型采样器由刷杆和刷头（包括刷毛部分和链接部分）组成，A型刷头由多股尼龙丝缠绕在多股不锈钢丝上制成，带珠刷头的顶珠由环氧树脂制成；B型采样器由刷杆、刷头（包括刷毛部分和链接部分）和套管组成。 产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，一次性使用。	
适用范围/预期用途	用于采集子宫颈上皮细胞、细胞团和细胞块。	
产品储存条件及有效期	不适用	
分类编码	18-03	
注册人住所	泰州市健康大道 805 号五期标准厂房 G113 栋 6 层	
生产地址	泰州市健康大道 805 号五期标准厂房 G113 栋 6 层	
同类产品该产品既往注册情况		

该产品为拟上市注册。同类产品有江苏涵恒医疗科技有限公司的一次性使用无菌宫颈采样器（苏械注准20192181139）	
有关产品安全性、有效性主要评价内容	
<p>（一）原理：一次性使用无菌宫颈采样器依据妇女宫颈解剖学结构设计，外形贴切宫颈结构，其原理为转动宫颈采样器刷杆时，带动刷头，使刷头在接触取样部位旋转的同时，将细胞附着于刷头上达到采样目的。同时，通过刷杆与毛刷的多样化给使用者提供更多的选择。刷毛柔软，不易对宫颈黏膜造成损伤，与宫颈接触面增大，可采取到宫颈内口处的细胞及宫颈口折叠处的细胞。</p> <p>（二）生物学评价：跟人体黏膜接触，符合生物学评价的要求。</p> <p>（三）灭菌工艺： 该产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌工艺经确认和验证，灭菌过程对产品性能不产生影响，灭菌后能达到无菌要求。</p> <p>（四）临床评价： 该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册的一次性使用无菌宫颈采样器进行同品种对比，申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、与人体接触部分的制造材料、性能要求、适用范围、使用方法、灭菌方式等方面基本等同，差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。</p> <p>（五）体考情况：整改后通过核查。生产地址等产品信息与注册资料一致。在补正过程中对型号规格进行了修改，实质等同。</p> <p>综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。</p>	
企业提供的证据	
检验机构及报告编号：江苏省医疗器械检验所，报告编号 2022QW4188、2022QW4187；中检华通威国际检验（苏州）有限公司，CSTB24050154	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
申请表、符合性声明、产品描述、医疗器械安全和性能基本原则清单、产品技术要求、产品检验报告、生物学特性研究、稳定性研究已完成补正。	
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料：	
<input checked="" type="checkbox"/> 符合技术审评要求，建议准予注册。 <input type="checkbox"/> 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 <input type="checkbox"/> 同意企业申请，建议准予撤回。 <input type="checkbox"/> 其他。	
体系核查内容	
检查依据	<input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械注册质量管理体系核查指南 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 <input type="checkbox"/> 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 <input type="checkbox"/> 其他（专项方案等）
检查结论	<input type="checkbox"/> 通过核查

	<input type="checkbox"/> 未通过核查，建议不予注册 <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过核查 <input type="checkbox"/> 整改后未通过核查，建议不予注册
--	--