

# 江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	交变磁场治疗仪		
注册人名称	南京华伟医疗设备有限公司		
注册形式	<input checked="" type="checkbox"/> 拟上市注册申请	<input type="checkbox"/> 优先	<input type="checkbox"/> 应急
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 型号、规格变化 <input type="checkbox"/> 结构及组成变化 <input type="checkbox"/> 适用范围变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求变化 <input type="checkbox"/> 注册证中“其他内容”变化 <input type="checkbox"/> 其他变化	
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 包装规格变化 <input type="checkbox"/> 产品储存条件及有效期变化 <input type="checkbox"/> 适用仪器变化 <input type="checkbox"/> 阳性判断值或参考区间变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求、说明书变化 <input type="checkbox"/> 适用的样本类型变化 <input type="checkbox"/> 适用人群变化 <input type="checkbox"/> 临床适应症变化 <input type="checkbox"/> 其他可能改变产品安全有效性的变化	
	<input type="checkbox"/> 延续注册申请		
结构特征	<input checked="" type="checkbox"/> 有源 <input type="checkbox"/> 无源 <input type="checkbox"/> 体外诊断试剂		
技术审查内容			
产品概述			
规格型号/包装规格	HW-5601J、HW-5601T、HW-5601、HW-5602		
主要组成成分	治疗仪由主机、输出线、治疗探头组成，其中主机由控制电路板、变压器、串口屏、机壳组成。		
适用范围/预期用途	配合相关药物，用于 2 型糖尿病的辅助治疗。		
产品储存条件及有效期	不适用		
分类编码	09-05		
注册人住所	南京市浦口区桥林街道兰花路 19 号		
生产地址	南京市浦口区桥林街道兰花路 19 号 5 号楼		
同类产品该产品既往注册情况			
1、江苏航享医疗器械有限公司生产的交变磁场治疗仪（注册证编号：苏械注准 20192091145）。 2、江苏锦源医疗科技有限公司生产的磁振热治疗仪（注册证编号：苏械注准 20212091169）。			

有关产品安全性、有效性主要评价内容	
<p>(一) 工作原理：产品属于电磁型产品，共5各治疗探头。其中B型、C型治疗探头内电磁型磁体通直流电，产生恒定的直流磁场，A型、D型治疗探头内的电磁型磁体通交流电，产生交变的交流磁场；A型探头内的电机带动偏心片旋转产生振动，每个探头利用电磁场及电磁能量损耗产生的热量供5个探头的有效加热，控制电路板通过每个探头内的温度检测装置和温度保护装置分别形成温度4档位控制和超温保护，使探头温度维持在设定范围内，形成安全可控的复合磁疗、热疗及振动，作用于人体的特定穴位，达到辅助治疗2型糖尿病的目的。</p> <p>(二) 材料：跟人体接触的材质，符合生物学评价的要求。</p> <p>(三) 电气安全：符合GB 9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》中相关条款要求。</p> <p>(四) 电磁兼容：符合YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求并列标准：电磁兼容 要求和试验》中相关条款要求。</p> <p>(五) 临床试验： 该产品依照《医疗器械临床评价技术指导原则》，与同品种器械复合磁治疗仪在适用范围、技术特征、生物学特性等方面相似或一致。通过搜集同品种产品的临床数据，证明该类产品在临床使用中的安全有效。</p> <p>(六) 体考情况：通过核查/整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。</p> <p>综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。</p>	
企业提供的证据	
检验机构及报告编号：检验机构：江苏华爵检测技术股份有限公司 报告编号：WT231600700、WT232600493、WT233600251	
存在问题及主要纠正意见	
见纠正通知书	
企业针对“存在问题及主要纠正意见”提供的证据或修改的内容	
申请表、术语、缩写词列表、产品列表、营业执照、通过国家药品监督管理局或省局创新审查的相关证明材料、委托生产相关文件、申报前与监管机构的联系情况和沟通记录、符合性声明、规格/型号、概述、产品描述、适用范围和禁忌证、申报产品上市历史、产品风险管理资料、医疗器械安全和性能基本原则清单、产品技术要求、产品检验报告、化学和物理性能研究、电气系统安全性研究、辐射安全研究、软件研究、生物学特性研究、生物源材料的安全性研究、清洁、消毒、灭菌研究、动物试验研究、证明产品安全性、有效性的其他研究资料、非临床文献、稳定性研究、临床评价资料要求、产品说明书、标签样稿已完成纠正。	
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料：	
<input checked="" type="checkbox"/> 符合技术审评要求，建议准予注册。 <input type="checkbox"/> 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 <input type="checkbox"/> 同意企业申请，建议准予撤回。 <input type="checkbox"/> 其他。	
体系核查内容	
检查依据	<input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械注册质量管理体系核查指南 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿

	<input type="checkbox"/> 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 <input type="checkbox"/> 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 <input type="checkbox"/> 其他（专项方案等）
检查结论	<input type="checkbox"/> 通过核查 <input type="checkbox"/> 未通过核查，建议不予注册 <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过核查 <input type="checkbox"/> 整改后未通过核查，建议不予注册