

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	超声药物熏洗治疗机		
注册人名称	南京华伟医疗设备有限公司		
注册形式	☒ 拟上市注册申请	☐ 优先 ☐ 应急	
	☐ 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	☐ 产品名称变化 ☐ 型号、规格变化 ☐ 结构及组成变化 ☐ 适用范围变化 ☐ 产品技术要求变化 ☐ 注册证中“其他内容”变化 ☐ 其他变化	
	☐ 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	☐ 产品名称变化 ☐ 包装规格变化 ☐ 产品储存条件及有效期变化 ☐ 适用仪器变化 ☐ 阳性判断值或参考区间变化 ☐ 产品技术要求、说明书变化 ☐ 适用的样本类型变化 ☐ 适用人群变化 ☐ 临床适应症变化 ☐ 其他可能改变产品安全有效性的变化	
	☐ 延续注册申请		
结构特征	☒ 有源 ☐ 无源 ☐ 体外诊断试剂		
技术审查内容			
产品概述			
规格型号/包装规格	HW-1501, HW-1502, HW-1503		
主要组成成分	超声药物熏洗治疗机由药液杯、超声雾化装置、加热器、冲洗装置、烘干装置、控制面板、坐垫、座圈、治疗机组成。		
适用范围/预期用途	创造熏蒸环境，适用于肛肠疾病术前术后的辅助治疗。		
产品储存条件及有效期	不适用。		
分类编码	20-02		
注册人住所	南京市浦口区桥林街道兰花路 19 号		
生产地址	南京市浦口区桥林街道兰花路 19 号 5 号楼		
同类产品该产品既往注册情况			
1. 该产品为拟上市注册。			
2. 无锡中德医疗器械制造有限公司生产的超声药物熏洗治疗机（注册证编号：苏械注准 20152090134）			

有关产品安全性、有效性主要评价内容	
(一) 工作原理：超声药物熏洗治疗机利用超声波将药液雾化，对患部进行药物熏蒸，使用臭氧水对患部进行冲洗，可以减轻局部水肿，达到消炎止痛的目的，冲洗完毕后再使用微暖风对患部烘干。治疗仪设有精密的温度测量控制和自来水净化装置，开机自动进水，自动对水加热，自动控制冲洗水温度保持在$40^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$，具有超声波药物雾化、熏蒸、臭氧水冲洗、烘干等功能，并且采用一键飞梭全自动化装置，所有功能均为微电脑控制自动完成，靠背根据人体工学设计。 (二) 材料：本产品不与人体直接接触。 (三) 电气安全：符合 GB9706.1-2020 标准的要求。 (四) 电磁兼容：符合 YY9706.102-2021 标准的要求。 (五) 临床评价：该产品依照《医疗器械临床评价技术指导原则》，与同品种器械超声药物熏洗治疗机在适用范围、技术特征、生物学特性等方面相似或一致。通过搜集同类产品的临床数据，证明该类产品在临床使用中的安全有效。 (六) 体考情况：整改后通过核查，生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。 综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。	
企业提供的证据	
检验机构及报告编号： 检验机构名称：江苏华爵检测技术股份有限公司 报告编号：WT231600591、WT232600420、WT233600215	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
申请表、概述、产品描述、产品技术要求、产品检验报告、化学和物理性能研究、生物学特性研究、稳定性研究、临床评价资料要求、产品说明书已完成补正。 本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料： ☒ 符合技术审评要求，建议准予注册。 ☐ 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 ☐ 同意企业申请，建议准予撤回。 ☐ 其他。	
体系核查内容	
检查依据	☒ 医疗器械注册质量管理体系核查指南 ☒ 医疗器械生产质量管理规范 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 ☐ 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 ☐ 其他（专项方案等）
检查结论	☐ 通过核查 ☐ 未通过核查，建议不予注册 ☒ 整改后通过核查 ☐ 整改后未通过核查，建议不予注册