

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	一氧化氮呼气分析仪	
注册人名称	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	
注册形式	☒ 拟上市注册申请	☐ 优先 ☐ 应急
	☐ 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	☐ 产品名称变化 ☐ 型号、规格变化 ☐ 结构及组成变化 ☐ 适用范围变化 ☐ 产品技术要求变化 ☐ 注册证中“其他内容”变化 ☐ 其他变化
	☐ 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	☐ 产品名称变化 ☐ 包装规格变化 ☐ 产品储存条件及有效期变化 ☐ 适用仪器变化 ☐ 阳性判断值或参考区间变化 ☐ 产品技术要求、说明书变化 ☐ 适用的样本类型变化 ☐ 适用人群变化 ☐ 临床适应症变化 ☐ 其他可能改变产品安全有效性的变化
	☐ 延续注册申请	
结构特征	☒ 有源 ☐ 无源 ☐ 体外诊断试剂	
技术审查内容		
产品概述		
规格型号/包装规格	YeN01000、YeN01001、YeN01002	
主要组成成分	一氧化氮呼气分析仪由主机(含电池)、呼气手柄、手柄连接软管、电源适配器(含电源连接线)、一氧化氮检测器、一次性使用过滤嘴(选配)、采样气袋(选配)、潮气套件(选配)、鼻呼套件(选配)、离线采集器(选配)组成。潮气套件包含面罩、潮气手柄。鼻呼套件包含鼻塞、口哨、过滤管。	
适用范围/预期用途	用于检测人体呼出气体中的一氧化氮浓度。	
产品储存条件及有效期	不适用	
分类编码	07-02	
注册人住所	江苏省丹阳市开发区百胜路1号	
生产地址	丹阳市开发区百胜路1号6号楼、19号楼	
同类产品该产品既往注册情况		

1. 该产品为拟上市注册。 2. 无锡市尚沃医疗电子股份有限公司生产的呼气分析仪（注册证编号：苏械注准 20172070805）； 恩迈智能数字医疗（嘉兴）有限公司生产的呼气分析仪（注册证编号：浙械注准 20242071370）。	
有关产品安全性、有效性主要评价内容	
（一）工作原理：一氧化氮呼气分析仪采集受试者呼出气，通过安装在其内部的一氧化氮检测器分析呼出气中所含一氧化氮气体浓度。 （二）材料：与人体接触，符合生物学评价。 （三）电气安全：符合 GB 9706.1-2020 的要求 （四）电磁兼容：符合 YY 9706.102-2021 的相关要求。 （五）临床评价：该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册的呼气分析仪进行同品种对比，申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、性能要求、适用范围、使用方法等方面基本等同，差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。 （六）体考情况：整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。 综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。	
企业提供的证据	
检验机构及报告编号：检验机构名称：湖北省医疗器械质量监督检验研究院，报告编号：20231457T、20231457G、20231457E、20243832、20244419T；检验机构名称：谱尼测试集团股份有限公司，报告编号：GSLC44QA2524317L5。	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
申请表、产品列表、符合性声明、产品描述、适用范围和禁忌证、产品技术要求、产品检验报告、化学和物理性能研究、软件研究、生物学特性研究、稳定性研究、临床评价资料要求、产品说明书、标签样稿已完成补正。	
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料： ☒ 符合技术审评要求，建议准予注册。 ☐ 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 ☐ 同意企业申请，建议准予撤回。 ☐ 其他。	
体系核查内容	
检查依据	☒ 医疗器械注册质量管理体系核查指南 ☒ 医疗器械生产质量管理规范 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 ☐ 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 ☐ 其他（专项方案等）
检查结论	☐ 通过核查 ☐ 未通过核查，建议不予注册 ☒ 整改后通过核查

	☐ 整改后未通过核查，建议不予注册
--	--