

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	一次性使用体温传感器		
注册人名称	南京扬子医用制品有限公司		
注册形式	<input checked="" type="checkbox"/> 拟上市注册申请	<input type="checkbox"/> 优先	<input type="checkbox"/> 应急
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 型号、规格变化 <input type="checkbox"/> 结构及组成变化 <input type="checkbox"/> 适用范围变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求变化 <input type="checkbox"/> 注册证中“其他内容”变化 <input type="checkbox"/> 其他变化	
	<input type="checkbox"/> 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	<input type="checkbox"/> 产品名称变化 <input type="checkbox"/> 包装规格变化 <input type="checkbox"/> 产品储存条件及有效期变化 <input type="checkbox"/> 适用仪器变化 <input type="checkbox"/> 阳性判断值或参考区间变化 <input type="checkbox"/> 产品技术要求、说明书变化 <input type="checkbox"/> 适用的样本类型变化 <input type="checkbox"/> 适用人群变化 <input type="checkbox"/> 临床适应症变化 <input type="checkbox"/> 其他可能改变产品安全有效性的变化	
	<input type="checkbox"/> 延续注册申请		
结构特征	<input checked="" type="checkbox"/> 有源 <input type="checkbox"/> 无源 <input type="checkbox"/> 体外诊断试剂		
技术审查内容			
产品概述			
规格型号/包装规格	皮肤型(YZ-TS-P)、耳道型(YZ-TS-E)、体腔型(YZ-TS-T)。		
主要组成成分	一次性使用体温传感器由插头、电缆、温度传感器(即探头包括热敏电阻传感器和护套)组成。		
适用范围/预期用途	产品适用于与具有体温监测功能的医用监护设备配套使用,用于采集和传递患者的体温信号。		
产品储存条件及有效期	不适用		
分类编码	07-10		
注册人住所	南京经济技术开发区惠实路 18 号		
生产地址	南京经济技术开发区惠实路 18 号		
同类产品该产品既往注册情况			
南京宁创医疗设备有限公司 一次性使用体温传感器 苏械注准 20182211088			
有关产品安全性、有效性主要评价内容			

原理：利用负温度系数热敏电阻（NTC）对温度的感应产生相应的阻值变化，连续采集和传递体温信号。

材料：与人体接触部分为护套，采用符合 GB15593-2020 要求的医用聚氯乙烯塑料或医用泡棉制成，符合生物学评价的要求。

电气安全：符合 GB9706.1-2020 和 YY9706.256-2023 的相关要求。

电磁兼容：符合 YY9706.102-2021 和 YY9706.256-2023 第 202 章的相关要求。

临床评价：该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册的一次性使用体温传感器进行同品种对比，申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、与人体接触部分的制造材料、性能要求、适用范围、使用方法、灭菌/消毒方式等方面基本等同，差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。

体考情况：通过核查/整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。

综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。

企业提供的证据

检测机构及报告编号：

江苏省医疗器械检验所 2023QW3243

深圳华通威国际检验有限公司 CHTSM23100174、CHTSM23100172、CHTSM23100173、CHTEM23100211

存在问题及主要补正意见

见补正通知书

企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容

申请表、符合性声明、概述、产品技术要求、产品检验报告、电气系统安全性研究、生物学特性研究、清洁消毒灭菌研究、稳定性研究、其他资料、产品说明书、标签样稿已完成补正。

本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料：

符合技术审评要求，建议准予注册。

申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。

同意企业申请，建议准予撤回。

其他。

体系核查内容

检查依据

- 医疗器械注册质量管理体系核查指南
- 医疗器械生产质量管理规范
- 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械
- 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械
- 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂
- 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿
- 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械
- 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件
- 其他（专项方案等）

检查结论

- 通过核查
- 未通过核查，建议不予注册

- | | |
|--|---|
| | <input checked="" type="checkbox"/> 整改后通过核查
<input type="checkbox"/> 整改后未通过核查，建议不予注册 |
|--|---|