

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	透明质酸钠创面凝胶		
注册人名称	常州百瑞吉生物医药股份有限公司		
注册形式	☒ 拟上市注册申请	☐ 优先 ☐ 应急	
	☐ 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	☐ 产品名称变化 ☐ 型号、规格变化 ☐ 结构及组成变化 ☐ 适用范围变化 ☐ 产品技术要求变化 ☐ 注册证中“其他内容”变化 ☐ 其他变化	
	☐ 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	☐ 产品名称变化 ☐ 包装规格变化 ☐ 产品储存条件及有效期变化 ☐ 适用仪器变化 ☐ 阳性判断值或参考区间变化 ☐ 产品技术要求、说明书变化 ☐ 适用的样本类型变化 ☐ 适用人群变化 ☐ 临床适应症变化 ☐ 其他可能改变产品安全有效性的变化	
	☐ 延续注册申请		
结构特征	☐ 有源 ☒ 无源 ☐ 体外诊断试剂		
技术审查内容			
产品概述			
规格型号/包装规格	FL-01、FL-02、FL-03、FL-04		
主要组成成分	透明质酸钠创面凝胶由交联透明质酸钠、透明质酸钠、氯化钠、磷酸氢二钠、磷酸二氢钠和注射用水组成，西林瓶包装。该产品以无菌状态提供，经湿热灭菌，一次性使用。		
适用范围/预期用途	通过在创面形成保护层，起物理屏障作用，用于非慢性创面及其周围皮肤的护理，为创面愈合提供微环境。		
产品储存条件及有效期	不适用		
分类编码	14-10		
注册人住所	常州市新北区薛冶路 117 号 B 座		
生产地址	常州市新北区薛冶路 117 号 C 座三层,常州市新北区薛冶路 117 号 B 座		
同类产品该产品既往注册情况			
1. 该产品为拟上市注册。			

2. 与陕西佰傲再生医学有限公司的皮肤修护敷料（注册证号：陕械注准 20142140032）、常州百瑞吉生物医药股份有限公司的医用自交联透明质酸钠凝胶（注册证号：苏械注准 20172140849）为同品种产品。	
有关产品安全性、有效性主要评价内容	
（一）原理：透明质酸钠创面凝胶直接作用于皮肤创伤表面，保持创面湿润环境，通过在创面形成保护层，起物理屏障作用，用于非慢性创面及其周围皮肤的护理，为创面愈合提供微环境。 （二）生物学评价：跟人体破裂或损伤表面部位长期接触，符合生物学评价的要求。 （三）灭菌工艺：该产品采用湿热灭菌，灭菌工艺经确认和验证，灭菌过程对产品性能不产生影响，灭菌后能达到无菌要求。 （四）临床评价：该产品依照《医疗器械临床评价技术指导原则》，与同品种器械医用自交联透明质酸钠凝胶在适用范围、技术特征、生物学特性等方面相似或一致。通过搜集同类产品的临床数据，证明该类产品在临床使用中的安全有效。 （五）体考情况：通过核查/整改后通过核查。规格型号、生产地址等产品信息与注册资料一致。 综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。	
企业提供的证据	
检验机构及报告编号：四川医疗器械生物材料和制品检验中心有限公司，报告编号为 B-L-2023-080797、B-L-20234-060473；斯坦德科创科技（青岛）有限公司，报告编号 CY2411514N。	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
申请表、概述、产品描述、适用范围和禁忌症、其他需说明的内容、产品风险管理资料，产品技术要求、产品检验报告、化学和物理性能研究、证明产品安全性、有效性的其他研究资料、非临床文献、其他资料、临床评价资料要求、产品说明书、标签样稿已完成补正。	
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料：	
☒ 符合技术审评要求，建议准予注册。 ☐ 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 ☐ 同意企业申请，建议准予撤回。 ☐ 其他。	
体系核查内容	
检查依据	☒ 医疗器械注册质量管理体系核查指南 ☒ 医疗器械生产质量管理规范 ☒ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 ☐ 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 ☐ 其他（专项方案等）
检查结论	☐ 通过核查 ☐ 未通过核查，建议不予注册 ☒ 整改后通过核查 ☐ 整改后未通过核查，建议不予注册