

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	一次性使用无菌刃针		
注册人名称	苏州市吴中区东方针灸器械厂		
注册形式	☒ 拟上市注册申请	☐ 优先 ☐ 应急	
	☐ 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	☐ 产品名称变化 ☐ 型号、规格变化 ☐ 结构及组成变化 ☐ 适用范围变化 ☐ 产品技术要求变化 ☐ 注册证中“其他内容”变化 ☐ 其他变化	
	☐ 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	☐ 产品名称变化 ☐ 包装规格变化 ☐ 产品储存条件及有效期变化 ☐ 适用仪器变化 ☐ 阳性判断值或参考区间变化 ☐ 产品技术要求、说明书变化 ☐ 适用的样本类型变化 ☐ 适用人群变化 ☐ 临床适应症变化 ☐ 其他可能改变产品安全有效性的变化	
	☐ 延续注册申请		
结构特征	☐ 有源 ☒ 无源 ☐ 体外诊断试剂		
技术审查内容			
产品概述			
规格型号/包装规格	0.35×13、0.35×15、0.35×18、0.35×20、0.35×25、0.35×40、0.35×50、0.35×60、0.35×75、0.40×15、0.40×25、0.40×40、0.40×50、0.40×60、0.40×75、0.50×18、0.50×25、0.50×30、0.50×40、0.50×50、0.50×60、0.50×75、0.60×30、0.60×40、0.60×50、0.60×70、0.60×75、0.70×40、0.70×50、0.70×60、0.70×85、0.80×40、0.80×50、0.80×60、0.80×75、0.90×40、0.90×50、0.90×60、0.90×85。		
主要组成成分	一次性使用无菌刃针由针体和针柄组成，选配保护套和固定插片，本产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用。		
适用范围/预期用途	用于人体皮下或肌肉深部割治使用		
产品储存条件及有效期	/		
分类编码	20-03		

注册人住所	苏州市吴中区越溪街道北官渡路 38 号 2 幢 1F 东侧 D 区
生产地址	苏州市吴中区越溪街道北官渡路 38 号 2 幢 1F 东侧 D 区
同类产品及其既往注册情况	
该产品为拟上市注册，同类产品：江苏三才五妍医疗科技发展有限公司，苏械注准 20222201538。	
有关产品安全性、有效性主要评价内容	
（一）原理：刃针作为中医针灸治疗的工具，在针灸治疗中选用适当规格的刃针，用于人体皮下或肌肉深部割治使用，以达到治疗疾病或调理的目的。 （二）生物学评价：产品属于表面接触器械，符合生物学评价的要求。 （三）灭菌工艺： 1、该产品以无菌状态提供。 2、该产品采用环氧乙烷灭菌，灭菌工艺经确认和验证，灭菌过程对产品性能不产生影响，灭菌后能达到无菌要求。 （四）临床评价：该产品依照《医疗器械临床评价技术指导原则》，与同品种器械在适用范围、技术特征、生物学特性等方面相似或一致。通过搜集同类产品的临床数据，证明该类产品在临床使用中的安全有效。 （五）体考情况：通过核查/整改后通过核查。生产地址等产品信息与注册资料一致。规格型号以审评报告为准。 综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。	
企业提供的证据	
检验机构名称：江苏省医疗器械检验所，报告编号：2023QW3022、2023QW3023，中检华通威国际检验（苏州）有限公司，报告编号：CSTB24050331，结论合格。	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
申请表、概述、产品描述、适用范围和禁忌证、申报产品上市历史、产品风险管理资料、医疗器械安全性和性能基本原则清单、产品技术要求、产品检验报告、化学和物理性能研究、生物学特性研究、生物源材料的安全性研究、清洁、消毒、灭菌研究、证明产品安全性、有效性的其他研究资料、非临床文献、稳定性研究、临床评价资料要求、产品说明书、标签样稿已完成补正。	
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料： ☒ 符合技术审评要求，建议准予注册。 ☐ 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 ☐ 同意企业申请，建议准予撤回。 ☐ 其他。	
体系核查内容	
检查依据	☒ 医疗器械注册质量管理体系核查指南 ☒ 医疗器械生产质量管理规范 ☒ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 ☐ 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 ☐ 其他（专项方案等）
检查结论	☐ 通过核查

	☐未通过核查，建议不予注册 ☒整改后通过核查 ☐整改后未通过核查，建议不予注册
--	---