

江苏省第二类医疗器械/体外诊断试剂注册 技术审评报告

产品名称	旋压式止血带		
注册人名称	江苏卓见医疗用品有限公司		
注册形式	☒ 拟上市注册申请	☐ 优先 ☐ 应急	
	☐ 许可事项变更注册申请 (有源/无源)	☐ 产品名称变化 ☐ 型号、规格变化 ☐ 结构及组成变化 ☐ 适用范围变化 ☐ 产品技术要求变化 ☐ 注册证中“其他内容”变化 ☐ 其他变化	
	☐ 许可事项变更注册申请 (体外诊断试剂)	☐ 产品名称变化 ☐ 包装规格变化 ☐ 产品储存条件及有效期变化 ☐ 适用仪器变化 ☐ 阳性判断值或参考区间变化 ☐ 产品技术要求、说明书变化 ☐ 适用的样本类型变化 ☐ 适用人群变化 ☐ 临床适应症变化 ☐ 其他可能改变产品安全有效性的变化	
	☐ 延续注册申请		
结构特征	☐ 有源 ☒ 无源 ☐ 体外诊断试剂		
技术审查内容			
产品概述			
规格型号/包装规格	38mm×490mm、38mm×590mm、38mm×690mm、38mm×790mm、38mm×890mm、38mm×960mm、38mm×1150mm		
主要组成成分	旋压式止血带由日字扣、收紧带、绞棒、固定夹、自粘带（勾毛同面）、固定夹搭扣绒（毛面）和固定夹粘扣带（勾面）经缝制热压组装而成。产品以非无菌状态提供，一次性使用。		
适用范围/预期用途	用于事故现场、战场救治四肢出血时进行止血处理。		
产品储存条件及有效期	不适用		
分类编码	14-04		
注册人住所	常州市钟楼区邹区镇工业集中区		
生产地址	常州市钟楼区邹区镇会灵西路 65 号		
同类产品及该产品既往注册情况			
该产品为拟上市注册。同类产品有涿州华诺救生装备有限公司的旋压式止血带（冀械注准 20212140016）			

有关产品安全性、有效性主要评价内容	
（一）原理：旋压式止血带是一种机械法加压止血带，采用绞紧止血原理，通过旋转绞棒施加逐步升高的压力，从而阻断四肢血流达到止血的目的。 （二）生物学评价：跟人体完整皮肤接触，符合生物学评价的要求。 （三）灭菌工艺： 该产品以非无菌状态提供。 （四）临床评价： 该产品列入《免于临床评价医疗器械目录》，属于免于进行临床评价的医疗器械。将申报产品与已获准境内注册的旋压式止血带进行同品种对比，申报产品与同品种产品在基本原理、结构组成、与人体接触部分的制造材料、性能要求、适用范围、使用方法等方面基本等同，差异部分不会对产品的安全性和有效性产生不利影响。 （五）体考情况：整改后通过核查。生产地址、规格型号等产品信息与注册资料一致。 综上所述，该产品符合医疗器械安全有效的各项基本要求。	
企业提供的证据	
检验机构及报告编号：谱尼测试集团股份有限公司，GRLX0GIA1714737L5；山东邦众医疗器械检验检测中心有限公司，Y2024090201	
存在问题及主要补正意见	
见补正通知书	
企业针对“存在问题及主要补正意见”提供的证据或修改的内容	
产品描述、产品技术要求、产品检验报告、化学和物理性能研究、生物学特性研究、稳定性研究、产品说明书已完成补正。	
本申报项目属于第二类医疗器械/体外诊断试剂产品注册。经审查，产品注册申报资料：	
☒ 符合技术审评要求，建议准予注册。 ☐ 申请资料不符合技术审评要求，建议不予行政许可。 ☐ 同意企业申请，建议准予撤回。 ☐ 其他。	
体系核查内容	
检查依据	☒ 医疗器械注册质量管理体系核查指南 ☒ 医疗器械生产质量管理规范 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录植入性医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录体外诊断试剂 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录定制式义齿 ☐ 参照医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械 ☐ 医疗器械生产质量管理规范附录独立软件 ☐ 其他（专项方案等）
检查结论	☐ 通过核查 ☐ 未通过核查，建议不予注册 ☒ 整改后通过核查 ☐ 整改后未通过核查，建议不予注册